



Município de São Miguel da Boa Vista

Estado de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC.

PRIMEIRA ERRATA AO PROCESSO LICITATORIO 06/2018 FMS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

O Município de São Miguel da Boa Vista torna público a primeira Errata de publicação de Edital de licitação 06/2018 FMS na modalidade de Pregão Presencial, **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE nas quantidades requeridas e estimadas para a Secretaria Municipal de Saúde.**

O edital sofrerá alteração no Item 7 do TERMO REFERÊNCIA, das especificações técnicas do item:

Onde lê-se: Concentrador de oxigênio - capacidade até 5 litros, tipo estacionário, Voltagem 110/220, alarmes sonoros e visuais, nível de ruído de até 45 dB. Que faça macro e micro nebulização em apenas um clique, circuito de proteção contra picos de alta tensão, possuir rodízios para o transporte com segurança e facilidade. Potência elétrica de no mínimo 280W. Garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.

Passa-se a ler: Concentrador de oxigênio - capacidade até 5 litros, tipo estacionário, Voltagem 220, alarmes sonoros e visuais, nível de ruído de até 48 dB. Circuito de proteção contra picos de alta tensão, possuir rodízios para o transporte com segurança e facilidade. Potência elétrica de no mínimo 280W. Garantia mínima de 12 meses. Registro na ANVISA.

Fica também alterada a data para entrega dos envelopes para o dia 06 de julho de 2018, as 08h30min. As demais cláusulas do edital e seus anexos ficarão inalterados, e encontram-se junto de informações no site do Município, bem como no setor de Licitações, assim como a errata na integra, de Segunda a Sexta-Feira, horário de expediente, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min. São Miguel da Boa Vista (SC), 26 de junho de 2018. VILMAR SCHMAEDECKE – Prefeito Municipal.